



ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО
ОПШТА БОЛНИЦА
Синђелићева 62
Број: ЗЦ-01-8349
Датум: 16.10.2013.г.

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12) достављамо Вам појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица упућен електронским путем дана 11.10.2013.г., у вези јавне набавке бр.14/2013 – Набавка медицинског потрошног материјала за рад Ангио сале, на период од годину дана, односно до окончања јавне набавке коју централизовано спроводи РФЗО.

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следећа постављена питања:

Питање бр.1: За партију бр.21 се захтева уводник без пункционе игле, 1100 комада, док је у партији 64 захтевана количина од 100 комада. Да ли је ова диспропорција у броју уводника и пункционих игала грешка или је то тачна исправна количина?

Одговор: Количине наведене у партијама 21. и 64. су исправне, односно тачне, с тим што се у оквиру Партије бр.21 захтева и игла за пункцију.

Питање бр.2: Које елементе треба да садржи Сет за пункцију 5F са М омотачем (партија 22)?

Одговор: Партија бр.22 се мења и треба да гласи: Set (uvodnik) sa dilatatorom i žičanim vodičem, standardne dužine 5F.

Питање бр.3: Да ли је за партије 23. и 24. захтев да уводник буде без или са иглом?

Одговор: Потребно је да уводници тражени партијама 23. и 24. буду са иглама за пункцију.

Питање бр.4: За партије 25, 26 и 27 да ли Наручилац прихвата понуду за Уводнике дужине 23цм?

Zdravstveni centar Valjevo
Sindjeliceva 62
14 000 Valjevo
Tel +381 14 295 295



Health center Valjevo
www.zcvaljevo.com
office@zcvaljevo.com



Одговор: Прихватљиво је за Наручиоца да се за партије 25., 26. и 27. понуди сит (уводник) са дилататором и жичаним водичем дужине од 23 до 28 цм.

Питање бр.5: За партију 67 – да ли захтевани наставак треба да буде за висок притисак, односно да издржава притисак од 1200 PSI?

Одговор: Наставци од манифолда до катетера, тражени партијом бр.67., треба да издрже висок притисак /high pressure connecting tube/.

Питање бр.6: За партију 75, које елементе треба да садржи Стерилни пакет за хитне интервенције?

Одговор: Партија бр.75-Стерилни пакети за хитне интервенције треба да садрже минимум један стерилну прекривку са два отвора за феморални приступ, две стерилне посуде за инструменте и три стерилна мантила.

Питање бр.7: За партије бр.76, 77 и 78 – да ли је за Наручиоца прихватљиво да се достави понуда за жице водиче израђене од неруђајућег челика?

Одговор: За наручиоца је прихватљиво да се за партије бр.76., 77. и 78. достави понуда за коронарне жичане водиче израђене од неруђајућег челика.

Питање бр.8: За партију бр.79 – да ли Наручилац прихвата жицу водич израђену од неруђајућег челика, са 3-4,5гр тврдоће врха?

Одговор: За наручиоца је прихватљиво да понуђачи за партију бр.79. понуде коронарни жичани водич, тврдоће врха од 3 до 4,5g.

Питање бр.9: За партију бр.80 – да ли Наручилац прихвата жицу водич за extra support, врха 4цм?

Одговор: Наручилац прихвата за партију бр.80. да се понуде коронарни жичани водичи са врхом дужине од 4цм до 16цм.



ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО
ОПШТИНА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку

Zdravstveni centar Valjevo
Sindjelicева 62
14 000 Valjevo
Tel +381 14 295 295



Health center Valjevo
www.zcvaljevo.com
office@zcvaljevo.com