

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО
ОПШТА БОЛНИЦА
Синђелићева 62
Број: ЗЦ-01-8615
Датум: 23.10.2013.г.

ПРЕДМЕТ: Појашњење и допуна Конкурсне документације

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12) достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица од 21.10.2012.г. упућен електронским путем, и на основу чл.63.ст.1. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12) достављамо допуну конкурсне документације у вези јавне набавке мале вредности бр.22/2013, по јавном позиву и конкурсној документацији објављеним на Порталу јавних набавки 17.10.2013.г.

Додатно појашњење и допуна Конкурсне документације се односи на Прилог бр.7. конкурсне документације – Техничку спецификацију:

Питање бр.1: Под ставком 6 се захтева: „Подешавање ефекта на ткиво приликом реза у 9 нивоа и боље.“ Да ли је прихватљиво понудити апарат који има подешавање ефекта на ткиво приликом реза у 8 нивоа?

Одговор: Наручилац је поставио минимум од 9 нивоа, тако да није прихватљив апарат који има подешавање ефекта на ткиво приликом реза у 8 нивоа.

Питање бр.2: Под ставком 11. се захтева: „Посебан мод са лимитираном снагом до 30W, подесив у корацима од 1W за посебне примене.“ Да ли је могуће понудити апарат који нема овај мод али зато поседује друге модове потребне свим гранама хирургије?

Одговор: За наручиоца није прихватљив апарат који нема захтевани мод, осим ако неки од других понуђених модова одговара траженом.

Питање бр.3: Под ставком 27. се захтева: „Број програма који се могу сачувати на уређају: минимално 100.“ Да ли је могуће понудити апарат који има 10 програма који се могу сачувати на уређају?

Одговор: Није прихватљив апарат који има 10 програма који се могу сачувати на уређају.


Питање бр.4: Под ставком 32. се захтева: „Ножни прекидач је опремљен посебним тастером – селектором за избор излаза апарата.“ Да ли је могуће понудити класичан ножни прекидач са 2 тастера за сечење и коагулацију?

Одговор: Поред захтеваног, за наручиоца је прихватљиво уколико се понуди и класичан ножни прекидач са два тастера (за сечење и коагулацију).

Zdravstveni centar Valjevo
Sindjeliceva 62
14 000 Valjevo
Tel +381 14 295 295



Health center Valjevo
www.zcvaljevo.com
office@zcvaljevo.com



Питање бр.5: Под ставком 36. се захтева: „Могућност повезивања периферне опреме оптичким кабловима.“ Да ли је могуће понудити могућност повезивања периферне опреме класичним кабловима?

Одговор: Поред могућности повезивања периферне опреме оптичким кабловима, за наручиоца ће бити прихватљиве понуде и са могућношћу повезивања периферне опреме класичним кабловима.

Питање бр.6: Под ставком 38-39 захтева се: „Овлана омча за полипектомију и кошуљица за овалну омчу.“ Да ли је могуће понудити овалну омчу која је сачињена као једна целина заједно са кошуљицом у траженим количинама јер наведена техничка спецификација фаворизује једног понуђача?

Одговор: Може се понудити овална омча која је сачињена као једна целина заједно са кошуљицом у траженим количинама, само ако су за виšekратну употребу.

Питање бр.7: Под ставком 40-41 захтева се: „Хексагонална омча за полипектомију и кошуљица за хексагоналну омчу.“ Да ли је могуће понудити хексагоналну омчу која је сачињена ко једна целина заједно са кошуљицом у траженим количинама јер наведена техничка спецификација фаворизује једног произвођача?

Одговор: Могуће је понудити хексагоналну омчу која је сачињена ко једна целина заједно са кошуљицом у траженим количинама, само ако су за виšekратну употребу.



ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку