



ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-3202
Датум: 29.04.2015.г.

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12) достављамо Вам појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица упућен електронском поштом дана 28.04.2015.г., у вези јавне набавке ЈН бр.03/2015 – Набавка, транспорт, замена, уградња и пуштање у рад рачунара за реконструкцију слике IRS2AQP, штампана плоча XRS D400, вентилатор Fan 24V, сет вентилатора Fans P29M, детекторски модул ADM Assembly и сервисна услуга за апарат CT skener Somatom Sensation 16/Siemens произвођача Siemens.

Појашњење Конкурсне документације се односи на следећа постављена питања:

Питање бр.1: Молимо Наручиоца да појасни захтев који се тиче доказа кадровског капацитета наведених у прилогу 5, тачка 10 : „копија сертификата изадата од произвођача да је лице похађало и успешно завршило обуку за сервис апарата чије је одржавање предмет набавке“ . Молимо Наручиоца да појасни да сертификат, као и сваки документ – доказ који се предаје у поступцима јавних набавки - мора бити важећи. Напомињемо да сертификати произвођача ЦТ скенера Соматом Сенсатион 16 застаревају, и лице које поседује такве сертификате није у потпуности упознато са безбедносним препорукама произвођача за квалитетно и сигурно сервисирање опреме.

Одговор: Наручилац прихвата копију сертификата сервисера који гласи на име сервисера као доказ о оспособљености за сервисирање ЦТ скенера Соматом Сенсатион 16(апарата чије је одржавање предмет јавне набавке)

Питање бр.2: Молимо Наручиоца да појасни, у складу са питањем бр. 2 од дана 23.4.2015. да ли под техничким карактеристикама, Прилог 15, захтева потврду произвођача опреме- ЦТ скенера , или резервних делова да су понуђени делови компатибилни са ЦТ скенером Соматом Сенсатион 16/Сиенс, а све у складу са чланом 71 Закона о јавним набавкама, који дефинише одговарајући доказ о техничким карактеристикама понуђених добара. На овај начин Наручилац омогућава набавку добара која одговара његовим потребама, а потенцијални понуђачи нису ограничени у учешћу у овој јавној набавци уколико нуде одговарајућа, компатибилна добра.

Одговор: За наручиоца није неопходна потврда произвођача опреме да су понуђени делови компатибилни са ЦТ скенером Соматом Сенсатион 16/Сиенс. Наручилац остаје при Измени и појашњењу Конкурсне документације од 20.04.2015. Заводни бр.ОБВ-01-2937 У Прилогу бр.5- Услови и докази о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке , тачка 8 гласи: „Понуђач је дужан да уз понуду приложи Изјаву под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су понуђена добра која су предмет понуде од истог произвођача и компатибилна са добрима која су уграђена у апарат CT skener Somatom Sensation 16/Siemens произвођача Siemens”.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку