



ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-3265
Датум: 04.05.2015.г.

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12)

достављамо Вам појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица упућен путем електронске поште дана 30.04.2015.г., у вези јавне набавке бр.12/2015 – Набавка уградног материјала у абдоминалној хирургији и лапароскопског материјала, за потребе Опште болнице Ваљево, на период до окончања јавне набавке коју централизовано спроводи РФЗО, а најдуже од годину дана.

Појашњење Конкурсне документације се односи на следећа постављена питања:

Питање бр.1: Да ли су дозвољена одступања у величини стаплера и уколико јесу молимо Вас да наведете колико она тачно износе?

Такође молимо Вас да нам потврдите да ли ћете прихватити понуде са округлим кламфицама у пресеку.

Сматрамо да стаплери са минималним дозвољеним одступањима у величини и облику кламфице у пресеку у пракси могу да се потпуно исто употребљавају и задовољавају потребе наручиоца, а самим дозвољеним одступањима би сте омогућили и већу конкурентност и не би дошло до кршења Члана 10. ЗЈН, којом је прописано да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију, као и да не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућити било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке коришћењем дискриминаторских услова техниких спецификација и критеријума.

Одговор: Наручилац прихвата одступања у величини стаплера, дозвољава се одступање у величини +/- 1мм под условом да су сви остали захтеви испуњени.

На основу досадасњег искуства, како Опште болнице Ваљево тако и фреквентних терцијарних установа у Републици Србији, установили смо да је сигнификантно смањен број хируршких компликација (крварења, стварање фистула, дехисценција...) приликом употребе стаплер са четвртастим кламфицама у пресеку, из разлога што је искључена могућност компромитације, нарушавања стаплерске линије у односу на дебљину ткива, такође, обезбеђује оптимално савијање, тј. затварање кламфица и тиме се искључује могућност торзионог искривљења саме кламфице. Јединствено је мисљење хирурга Опште болнице Ваљево да квалитет не сме да угрози пацијента, као ни квалитет рада хирурга.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

Комисија за јавну набавку

Opšta bolnica Valjevo
Sindjeliceva 62
14 000 Valjevo
Tel +381 14 295 295

Health center Valjevo
www.zcvaljevo.com
office@zcvaljevo.com

1