



ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-3399
Датум: 11.05.2015.г.

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12) достављамо Вам појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица упућен путем електронске поште дана 07.05.2015.г., у вези јавне набавке бр.12/2015 – Набавка уградног материјала у абдоминалној хирургији и лапароскопског материјала, за потребе Опште болнице Ваљево, на период до окончања јавне набавке коју централизовано спорводи РФЗО, а најдуже од годину дана.

Појашњење Конкурсне документације се односи на следећа постављена питања:

Питање бр.1: Поводом Вашег расписа за учешће у поступку ЈН 12/2015, молимо Вас за следеће појашњење.

Наиме, техничка спецификација добара у партији 11 конципирана је на такав начин да омогућава само једном понуђачу да понуди одговарајући производ за сваку ставку у партији. Поред универзалних производа наведених у прве три ставке додата су два производа (ставка 4 и 5) која може понудити само један понуђач, а при том укупна вредност тих специфичних производа у односу на вредност остатка партије износи мање од 1%.

Како Закон о јавним набавкама налаже Наручиоцу да услове за учешће у поступку одреди тако да они не дискриминишу понуђаче, молимо да се ова партија измени како би у одвојеним партијама били универзална медицинска средства и специфична медицинска средства. Тако би издвајањем последње две ставке Троакар са растељивом канилом 12мм и Троакар са растељивом канилом 15мм у засебну партију омогућили учешће што је могуће висше понуђача.

Одговор: Због разноврсности лапароскопских операција које обављамо (COLON, CHOLECYSTECTOMIA, CHOLEDOCHOLITIASIS, SPLENECTOMIA, АТИПИЧНЕ РЕSEKЦИЈЕ ZELUDCA, АРЕНДЕСТОМІА...) и ранијих искустава са троакарима различитих произвођача, између осталих и Ваших, можемо одвојити у засебну партију само Троакар за једнократну употребу са интегрисаном редукцијом и стабилизирајућим навојем, 5мм/100мм. Наиме, при извођењу поменутих операција, број портова за пласирање троакара 5мм је ограничен, јер су нам потребнији троакари 12-15мм, а који се могу редукovati еластичном канилом до димензије 5мм.



Opšta bolnica Valjevo
Sindjeliceva 62
14 000 Valjevo
Tel +381 14 295 295

Health Center Valjevo
www.zcvaljevo.com
office@zcvaljevo.com