



ОПШТА БОЛНИЦА
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-7450
Датум: 06.10.2014.г.

ПРЕДМЕТ: Допуна и додатно појашњење Конкурсне документације

На основу чл.63. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12) достављамо допуна и појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица од 02.10.2014.г. примљен путем електронске поште, а у вези јавне набавке ЈНМВ бр.24/2014 – Набавка електрохируршке јединице(UES-40) за постојећи лапараскопски стуб Endoalpha произвођача Olympus са транспортом, уградњом и пуштањем у рад.

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следеће постављена питања:

Питање бр.1: Молимо наручиоца, да према ЗЈН члан 72, измени назив добра које потражује, јер је у поступку јавне набавке мале вредности омогућио учешће свим заинтересованим лицима, те не може стриктно потраживати уређај одређеног типа, ознаке и сл.

Одговор: Наручилац остајете при свом захтеву, уз допуну " UES-40 или одговарајуће". Систем EndoAlpha означава полу интегрисану операциону салу где се целокупном опремом управља преко екрана осетљивог на додир. Пошто Општа болница поседујете овај систем, једино је електрохируршка јединица (произвођача Olympus или компатибилна истој) има могућност повезивања са постојећим системом EndoAlpha .

Питање бр.2: Високофреквентни електрохирушки генератор, 320 W?

Да ли наручилац под овим подразумева минималну вредност излазне снаге, коју мора имати понуђени уређај?

Одговор: Наручилац прихвата вредност која је изнад захтеване.

Питање бр.3: Да ли наручилац под овим вредностима подразумева минималне карактеристике, односно у овом случају, минималне вредности снаге у биполарном моду? Молимо наручиоца да не ограничава понуђаче тако што ће прописивати максималне вредности, јер на тај начин ограничава конкуренцију и фаворизује одређеног понуђача, а противно ЗЈН, члан 10.

Одговор: Наручилац прихватите понуду са вредностима снаге које су веће од тражених.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку