



ОПШТА БОЛНИЦА  
Синђелићева 62  
Број: ОВВ-01-6043  
Датум: 01.08.2014.г.

**ПРЕДМЕТ:** Додатно појашњење Конкурсне документације

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12) достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица од 31.07.2014.г. примљен електронским путем, а у вези јавне набавке бр.18/2014 – Набавка, испорука, уградња и пуштање у рад два парна стерилизатора и друге опреме за централну стерилизацију.

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следећа постављена питања:

**Питање бр.1:** Да ли је за наручиоца прихватљиво понудити парни стерилизатор који има touch sreen дијагонала 7 инча? Овим путем молимо наручиоца да коригује предметни захтев за 1 инч јер корекција нема никакав утицај на квалитет апарата нити на функционалност истог већ има за циљ постизање вече конкурентности јавне набавке чему иде у прилогу и ЗоЈН у коме је јасно наглашено да наручилац не може одбити понуду уколико је испоштована захтевана финкционалност апарата.

**Одговор:** Наручилац је у додатном појашњењу бр. ОБВ-01-6031 од 01.08.2014.год., у одговору на питање бр.4 прихватио предлог заинтересованог лица и изменио захтев тако да гласи: „display је touch screen у боји са дијагоналом минимално 6”



ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО  
Комисија за јавну набавку