



ОПШТА БОЛНИЦА  
Синђелићева 62  
Број: ОБВ-01- 6265  
Датум: 11.08.2014.г.

**ПРЕДМЕТ:** Додатно појашњење Конкурсне документације

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12) достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица од 06.08.2014.г. примљен путем факса, а у вези јавне набавке бр.19/2014 – **Набавка, испорука, уградња и пуштање у рад медицинске опреме за операциону салу.**

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на прилог бр.7- техничка спецификација, партију бр.6:

**Питање бр.1:** Питање се односи да ли ће наручилац умест multimatrix система сочива који је карактеристичан назив у каталогу лампе произвођача Triumph, прихватити као еквивалентан систем

„ Facetted multi-lens system „ (систем фино брушених сочива) или неки други, зависно од комерцијалног назива система сочива различитих произвођача ? Наиме сви произвођачи имају неку врсту система сочива и сваки произвођач је том систему дао свој назив. Ови системи имају исту функцију, а то је да правилно усмере светлосни сноп и да обезбеде хомогено светло са што је могуће мање сенки.

**Одговор:** наручиоцу је прихватљиви било који систем сочива који обезбеђује правилно усмерење светлосног снопа и хомогено светло са што је могуће мање сенки.

**Питање бр.2:** наручилац није навео у којој глави лампе треба урадити препарацију. Молим наручиоца да прецизира да ли препарација треба да буде у главном светлу или у сателиту? Логично је да то буде главно светло.

**Одговор:** потребно је да главно светло поседује препарацију за HD камеру.



ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО  
Комисија за јавну набавку