



ОПШТА БОЛНИЦА
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01- 6547
Датум: 22.08.2014.г.

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење Конкурсне документације

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12) достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица од 19.08.2014.г. примљен путем факса, а у вези јавне набавке бр.19/2014 – Набавка, испорука, уградња и пуштање у рад медицинске опреме за операциону салу Опште болнице Ваљево.

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на Прилог бр.7- Техничка спецификација за Партију бр.2- Набавка, транспорт, испорука и пуштање у рад апарата за принудну механичку вентилацију, ставка 1.3:

„Вентилациони модови: VC-CMV, VC-SIMV, VC, PC, spnCPAP, VIPAP или сл., SIMV (PRVC) + PS, VS или сл., PC-SIMV, NIV И NAVA (мод вентилације помоћу назогастричне сонде и специјалног модула који мери електроинпулсе дијафрагме и тако добијеним подацима одређује најповољнију подршку пацијентима приликом вентилације) или еквивалент - уз овај мод испоручити једно паковање катетера за рад са пацијентима“. Будући да се ради о заштићеном имену једног произвођача (Maquet), наше питање гласи:

Питање бр.1: На основу којих критеријума ће наручилац утврдити да ли је понуђач понудио мод еквивалентан NAVA моду?

Одговор: Прихватљиви модови уз NAVA су PAV; PPS и сви еквивалентни модови наведеним модовим, а промена ће бити испраћена Изменом конкурсне документације.

Питање бр.2: Да ли су за наручиоца прихватљиви мање горње вредности опсега дисајних параметара од захтеваних, уколико задовољавају све, па и и екстремне клиничке захтеве'?

Одговор: Наручилац је спреман да прихвати предлоге заинтересованих лица уколико су у складу са његовим потребама . Обзиром да питање није прецизно, молимо Вас да прецизирате која је то мања горња вредност опсега дисајних параметара коју предлагете како би могли да дамо прецизнији одговор.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку

