



ОПШТА БОЛНИЦА
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-6632
Датум: 27.08.2014.г.

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење Конкурсне документације

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12) достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица од 22.08.2014.г. примљен путем електронске поште, а у вези јавне набавке бр.19/2014 – Набавка, испорука, уградња и пуштање у рад медицинске опреме за операциону салу Опште болнице Ваљево.

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на на Партију бр.3. Прилог бр.7 - Техничка спецификација, ставка 1.17.

Питање бр.1: Ставка број 1.17 гласи: "Максимлани проток гасова 180 л/мин или више" Молим Вас да промените карактеристику у максимални проток гасова 150 л/мин или више, јер је тенденција данашње анестезије да се ради са малим ниским протоцима (6 л/мин и мање). Протоци преко 150 л/мин се апсолутно никада не употребљавају анестезији. Тражену карактеристику не испуњава ни један произвођач осим Maquet Flow и нико сем тог произвођача не може да понуди апарат што је супротно ЗЈН. Молим Вас уважите моју молбу како би и други светски произвођачи могли да учествују у поступку јавне набавке (MINDRAY, GE, Air Liquide, H&L...) У супротном молим Вас дајте ми клиничко образложење зашто је неопходно да апарат поседује максимлани проток од 180 л/мин.

Одговор: Захтеви савремене анестезије усмерени су ка високо квалитетној вентилацији. Имајући то у виду морамо се осврнути на гурпу гојазних и екстремногојазних пацијената, који су све чешћи и у нашој популацији. Код рада са таквим пацијентима намеће се потреба за вентилацијом са већим протоком као основом квалитетне вентилације. Такође, приликом састављања конкурсне документације и увидом у каталоге и техничке карактеристике апарата за анестезију презентованих на нашим просторима увидели смо да више произвођача поседује апарате са наведеним протоком. Наручилац остаје при свом захтеву дефинисаним у конкурсној документацији у Прилог бр.7- Техничка спецификација, ставка 1.17- "Максимлани проток гасова 180 л/мин или више".

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку