



ОПШТА БОЛНИЦА  
Синђелићева 62  
Број: ОБВ-01-6633  
Датум: 27.08.2014.г.

**ПРЕДМЕТ:** Додатно појашњење Конкурсне документације

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12) достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица од 22.08.2014.г. примљен путем електронске поште, а у вези јавне набавке бр.19/2014 – Набавка, испорука, уградња и пуштање у рад медицинске опреме за операциону салу Опште болнице Ваљево.

**Додатно појашњење Конкурсне документације** се односи на на Партију бр.3. Прилог бр.7 - Техничка спецификација, ставка 1.17.

**Питање бр.1:** Молимо Вас одобрите и понуђачима чији апарати за анестезију има максимални проток од 150л/мин јер у супротном само једна фирма може понудити апарат за анестезију.

**Одговор:** Захтеви савремене анестезије усмерени су ка високо квалитетној вентилацији. Имајући то у виду морамо се осврнути на групу гојазних и екстремногојазних пацијената, који су све чешћи и у нашој популацији. Код рада са таквим пацијентима намеће се потреба за вентилацијом са већим протоком као основом квалитетне вентилације. Такође, приликом састављања конкурсне документације и увидом у каталоге и техничке карактеристике апарата за анестезију презентованих на нашим просторима увидели смо да више произвођача поседује апарате са наведеним протоком. Наручилац остаје при свом захтеву дефинисаним у конкурсној документацији у Прилог бр.7- Техничка спецификација, ставка 1.17- "Максимални проток гасова 180 л/мин или више".

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО  
Комисија за јавну набавку