



ОПШТА БОЛНИЦА
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-6548/2
Датум: 28.08.2014.г.

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење Конкурсне документације

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12) достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица од 26.08.2014.г. примљен путем електронске поште, а у вези јавне набавке бр.19/2014 – Набавка, испорука, уградња и пуштање у рад медицинске опреме за операциону салу Опште болнице Ваљево.

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на Прилог бр.7- Техничка спецификација за Партију бр.2- Набавка, транспорт, испорука и пуштање у рад апарата за принудну механичку вентилацију и на основу измене техничке документације за исту партију од 22.08.2014.године, ставка 1.3:

„Вентилациони модови: VC-CMV, VC-SIMV, VC, PC, spnCPAP, VIPAP или сл., SIMV (PRVC) + PS, VS или сл., PC-SIMV, NIV И NAVA; PAV; PPS и сви еквивалентни модови наведеним модовим (мод вентилације помоћу назогастричне сонде и специјалног модула који мери електроинпулсе дијафрагме и тако добијеним подацима одређује најповољнију подршку пацијентима приликом вентилације) или еквивалент - уз овај мод испоручити једно паковање катетера за рад са пацијентима „

Питање бр.1: Пошто сте изменом техничке документације за партију 2 од 22.08.2014. прихватили предлог потенцијалног понудаћа и изједначили мод NAVA са модовима PAV и PPS, тиме сте направили кардиналну грешку. Наиме, мод NAVA (неуро-асистирана вентилација) је посебан мод вентилације који је контролисан од стране самог пацијента на основу нервног импулса који шаље мозак у жељи да сам контролише дисање као и све остале параметре дисања. NAVA остварује 100 % синхронизацију пацијент-вентилатор, а испоручује само и тачно онолико ваздуха колико пацијент тражи, односно у складу са јачином Edi (дисајног) сигнала breath-by-breath. При томе је овај мод апсолутно сигуран, јер има два помоћна мода (Pressure Support i Pressure Control), па пацијент никада не може остати без ваздуха. Осим тога, NAVA помаже и приликом постављања дијагнозе, открива неуролошке и срчане проблеме које често није могуће запазити на основу стандардног мониторинга. Овај мод се највише користи на пацијентима у тешком стању - будућим кандидатима за интубацију, када ће дати информације када га треба интубирати и наравно, када за то дође време, даје савете и за екстубацију интубираних пацијената. Овај мод се може користити са једнаким успехом за све категорије пацијената - од неонатуса до одраслих, у инвазивној и неинвазивној вентилацији. Уз мод NAVA је потребно испоручити



и модул као и сет катетера. Модове које су предложили потенцијални понуђачи и које сте прихватили као наручилац и изједначили са модом NAVA, никако не представљају еквивалент нити приближно раде на сличном принципу и зато Вас молимо да се конкретно изјасните, да ли желите апарат са модом NAVA како бисте постали прва здравствена установа у тој регији која има такав апарат или желите апарат који има једноставније модове као што су PAV и PPS или Аутомоде који може бити еквивалент траженим модовима. Уколико се одлучите за другу опцију, молимо Вас да избришете ставку NAVA и све остале сегменте који чине овај мод и да ставка гласи „Вентилациони модови : VC-CMV, VC-SIMV, VC, PC, spn CPAP, BIPAP или сл., SIMV (PRVC) + PS, VS или сл., PC-SIMV, NIV И NAVA; PAV; PPS; Аутомоде и сви еквивалентни модови наведеним модовима”.

Одговор: Све Ваше наведене предност мода NAVA познате су и наручиоцу и познато му је да се не може изједначити са поменути модовима (PAV; PPS) који се користе при одвикавању пацијента од респиратора. Имајући то у виду, наручилац остаје при својој техничкој спецификацији и задржава могућност постојања и мода NAVA(са пратећом опремом – модул и паковање катетера за рад са пацијентима) уз унапред поменуте модове у циљу постизања што веће конкуренције, а све у складу са ЗЈН Чл.10- Начело обезбеђивања конкуренције.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку