



ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО  
Синђелићева 62  
Број: ОБВ-01-5312  
Датум: 12.08.2015.г.

**ПРЕДМЕТ:** Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12) достављамо Вам појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица упућен путем електронске поште дана 11.08.2015.г., у вези јавне набавке бр.13/2015 – Набавка медицинског намештаја за опремање просторија за палијативно збрињавање у ОБ Ваљево, ради закључења уговора, за потребе Опште болнице Ваљево.

**Појашњење Конкурсне документације** се односи на следећа постављена питања:

**Питање бр.1:** Молимо Вас за појашњење за јавну набавку Медицинског намештаја за опремање просторија за палијативно збрињавање у ОБ Ваљево, ЈН бр. 13/2015, за партију 1.

Да ли ноћни ормарић има шупљину између фиоке и врата и да ли шупљина има задњу страну, уколико има које је висине слободан простор?

**Одговор:** Ноћни ормарић има шупљину између фиоке и врата, а шупљина нема задњу страну. Први горњи део је фијока, има висину 13 цм, други део су две полице са вратанцима и има висину 33цм, а висина шупљине између износи 20цм.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

Комисија за јавну набавку