



Општа болница Ваљево
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-4279
Датум: 30.05.2017.г.

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/15) достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованих лица упућених електронском поштом дана 29.05.2017.г. у вези јавне набавке бр.09/2017 – Набавка медицинског потрошног материјала за рад у Општој болници Ваљево, на период до окончања јавне набавке коју централизовано спроводи РФЗО, а најдуже од годину дана.

Појашњење Конкурсне документације се односи на следећа постављена питања:

Питање бр.1: „Молимо вас да нам објасните да ли ја за партије 33 и 34 довољно 2м узорка од сваке ролне а не целе ролне?

И за партију 35 да направите спецификацију за концентрацију биолошких индикатора. (Geobacillus stearothermophilus)?“

Одговор: За партије 33 и 34 потребно је доставити минимум 10м узорка од сваке ролне.

Партија 35- Неопходно је да произвођач биолошких индикатора достави јасна упутства у погледу чувања, руковања и инкубирања спора. Различите споре захтевају различите температуре инкубирања. Концентрација, популација бактерија мора бити 10^6 .

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку