



ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО  
Синђелићева 62  
Број: ОБВ-01-9574  
Датум: 2.11.2017.г.

**ПРЕДМЕТ:** Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/15) достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица упућен електронским путем дана 1.11.2017.г. у вези јавне набавке бр.15/2017 – Набавка од гуме, пластике, рентген материјал, завојни материјал, хемикалије и средства за дезинфекцију.

**Додатно појашњење Конкурсне документације** се односи на следеће постављено питање:

**Питање бр.1:** Молим вас за додатно појашњење за ЈН бр. 15/2017 - Медицинског потрошног материјала од гуме, пластике, рентген материјал, завојни материјал; партија бр. 24 да ли ће се инвазивно мерење притиска обављати само на монитору Nihon Kohden?

**Одговор:** Инвазивно мерење притиска обавља се и на другим мониторим, али је неопходно да понуђено добро потпуно задовољава техничку спецификацију, има конекцију индентичну конекцији за монитор Nihon Kohden.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО  
Комисија за јавну набавку