



ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

Синђелићева 62

Број: ОБВ-01-10052

Датум: 20.11.2017.г.

**ПРЕДМЕТ:** Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/15) достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица упућен електронским путем дана 20.11.2017.г. у вези јавне набавке бр.15/2017 – Набавка од гуме, пластике, рентген материјал, завојни материјал, хемикалије и средства за дезинфекцију.

**Додатно појашњење Конкурсне документације** се односи на следећа постављена питања:

**Питање бр.1:** Конкурсном документацијом ЈН 15/2017 да ли у партијама бр: 63- глукоза пулв., 65- глицерин, 67- талк, 68- вазелин, 69- ланолин, 70- медицински бензин, 72- парафин течни и 73- парафин чврсти захтевате хемикалије фармацеутског квалитета и да ли је у том случају као потврду квалитета потребно доставити произвођачки сертификат анализе са логом произвођача и именом и презименом фармацеута одговорног за квалитет и пуштање серије у промет (QA/AP)?

**Одговор:** Наручилац остаје при захтевима и техничкој спецификацији садржаним у конкурсној документацији. Понуда која садржи и доказ- произвођачки сертификат анализе са логом произвођача и именом и презименом фармацеута одговорног за квалитет и пуштање серије у промет (QA/AP) је прихватљива понуда за наручиоца.

**Питање бр.2:** Молим вас за појашњење везано за ЈН 15/2017, Партија бр. 29 – Катетер по тиману Да ли можете да издвојите ставку 2 у посебну партију? Да ли прихватате као одговарајуће добро за ставку 2 „100% силиконски тиман катетер“ уместо силиконизираниг?

**Одговор:** Наручилац у сваком појединачном случају, приликом обликовања појединих јавних набавки процењује да ли припадност одређеној групи или подгрупи у општем речнику набавки значи један или више предмета набавке. У конкретној ситуацији ради се о истоврсним добрима, односно добрима која имају иста својства и припадају истој групи добара у општем речнику набавке те су обједињена у једну целину. Сходно наведеном Наручилац остаје у свему при захтевима у конкурсној документацији. Наручилац прихвата као одговарајуће добро за ставку 2 „100% силиконски тиман катетер“

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО  
Комисија за јавну набавку