



ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-4105
Датум: 18.05.2018.г.

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/15) достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица упућен електронским путем дана 17.05.2018.г. у вези јавне набавке бр.07/2018 – Набавка медицинског потрошног материјала за потребе Службе клиничко-биохемијске лабораторије у Општој болници Ваљево.

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на партију 17:

Питање бр.1: Ставка 2 описана је као „Вакум чашице за урине“. Обзиром да није наведено, молимо да прецизирате:

- а) Да ли је потребно да понуђена вакум чашица за урин на свом поклопцу има уграђен додатак за пренос течности (transfer device)? Transfer device служи за „затворен“ пренос урина из вакум чашице у вакум епрувету за урин (тј. пренос урина без отварања урин чашице и вакум урин епрувете и самим тим без могућности директног контакта са потенцијално инфективним урином)
- б) Да ли вакум чашица за урин треба да буде стерилна?

Одговор: а) Потребно је да има transfer device обзиром да се ради с вакум епруветама.
б) Чашица за урин треба да буде стерилна.

Питање бр.2: Молимо да у циљу обезбеђења веће конкуренције међу понуђачима а у складу са чл.10 и чл.71 ЗЈН омогућите да се уместо Ланцета за ланцетар и ланцетара (ставке 4 и 5) понуде аутоматске ланцете који су функционално одговарајуће (тј. функционална паралела) траженом комплету ланцетар + ланцета?

Одговор: Нручилац прихвата предлог заинтересованог лица. Изменом конкурсне документације партија бр.17 гласиће:

Предмет ЈН	Јединица мере	Годишње потребе
VAKUM EPRUVETE ZA URINE SA BORNOM KISELINOM (6 ML)	КОМ	20.000
VAKUM ČAŠICE ZA URINE	КОМ	20.000
AUTOMATSKA POVESKA SA KLIKOM	КОМ	200
LANCETE ZA LANCETAR / AUTOMATSKE LANCETE	КОМ	3.000

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку