



Општа болница Ваљево
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-4195
Датум: 22.05.2018.г.

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/15) достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованих лица упућених електронском поштом дана 21.05.2018.г. у вези јавне набавке бр.10/2018 – Набавка медицинског потрошног материјала за рад у Општој болници Ваљево.

Појашњење Конкурсне документације се односи на ЈН бр. 10/2018 - медицински потрошни материјал опште намене за Партију бр.14-Скалпел ножићи:

Питање бр.1: Питање се односи на партију бр.14, Ставка 1: За ставку 1 сте навели да је потребно да хируршки ножићи од угљеничног челика поседују и стандард ISO 3319.. ISO стандард 3319 који сте навели у конкурсној документацији је специфичан за производ из Индије. Скалпел ножићи које ми нудимо су европског порекла(В.Британија) и стандарди којима они покривају квалитет су поред BS 2982:1992 (који сте тразили) и ISO 7740/BS EN 27740. Да ли ћете прихватити понуђену спецификацију за наше скалпел ножиће?

Одговор: Наручилац ће прихвата понуду понуђача као одговарајућу и за скалпел ножиће који имају стандардима квалитет BS 2982:1992 и ISO 7740/BS EN 27740, а који испуњавају и друге тражене карактеристике наведене у конкурсној документацији.

Питање бр.2: Питање се односи на партију бр.14, Ставка 2- Ножићи за обдукцију: тражили сте да сечива треба да буду наоштрена целом дужином под углом од 25 степени (+/- 5 степени). Ножићи које ми нудимо а већ смо их дистрибуирали у наше здравствене центре су наоштрени под углом од 16.5 степени(+/- 0.5).То је такође стандард за европско тржиште. Да ли ћете прихватити понуђену спецификацију за наше ножиће за обдукцију..

Одговор: Наручилац ће прихвата понуду понуђача као одговарајућу и за ножиће за обдукцију који су наоштрени под углом од 16.5 степени(+/- 0.5), а који испуњавају и друге тражене карактеристике наведене у конкурсној документацији .

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку