



ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

Синђелићева 62

Број: ОБВ-01-10108

Датум: 19.11.2018.г.

**ПРЕДМЕТ:** Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/15) достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица упућен електронским путем дана 16.11.2018.г. у вези јавне набавке бр.24/2018 – Набавка медицинског потрошног материјала од гуме, пластике, рентген материјал, завојни материјал, хемикалије и средства за дезинфекцију.

**Додатно појашњење Конкурсне документације** се односи на следећа постављена питања:

**Питање бр.1:** Обзиром да се у партија 4- Катетери уринарни, својом техничком спецификацијом фаворизује само један понуђач и ограничава конкуренција, молимо тендерску комисију да потврди да ће прихватити учешће и другог понуђача заступника светски реномиране компаније из области урологије, и у том смислу да ли ће те прихватити:

- за ставку 1 дужину катетера 40-41цм
- за ставку 2 дужине 30-33цм
- за ставку 3 дужине 41-43цм, транспарентан
- за ставку 4 дужине 40-41цм

Питање за партију 29:

Да ли ће те прихватити дужину сонде 70цм?

**Одговор:** За ставку број један у партији бр.4 наручилац је навео минималну дужину катетера 41 цм, што значи да су за наручиоца прихватљиве дужине катетера исте и веће дужине од 41 цм .

Одговор за ставку 2 „Катетер Foley силиконизиран латекс, педијатријски ЦХ 8 и 10 са посебно истуреним наставком за пласирање шприца на другом краку катетера, ПВЦ увођачем, са балоном од 3мл. Дужина катетера 33цм“: Педијатријски Фолеу уринарни катетери на свом спољашњем крају имају 2 крака, који су дужине око 3 цм, тако да укупна дужина катетера која је доступна пласирању у доњи део уринарног тракта износи 30 цм, 3 цм краће од њихове укупне дужине. Такви катетери који су укупне дужине 30 цм су заправо за 3 цм краћи и износе 27 цм дужине доступне за пласирање у доњи део уринарног тракта. Приликом пласирања катетера, катетер се прво убаца целом дужином, како бисмо били сигурни да је део са балоном ушао у мокраћну бешику а не да је застао у мокраћном каналу или се посувратио у обрнутом смеру, што се може десити са краћим катетерима и због чега може доћи до перфорације мокраћне цеви када се балон надува. Зато је неопходно да Фолеу уринарни катетери буду одговарајуће дужине или мало



дужи(прихватљиво одступање +5% од захтеване дужине ) од тога, али никако краћи од дужине наведене у техничкој спецификацији...

Одговор за ставку 3:„Катетер Foley силиконски (100% силикон) дволуменски, непровидни, ЦХ 16,18,20, балон 5-10мл. Дужина катетера 43цм, радиопактан, са чепом за катетер“.

Нетраспарентни силиконски катетери превасходно се користе у сврху дуготрајне, некад и доживотне интермитентне катетеризације мокраћне бешике код деце, као и код одраслих, и у свету се препоручују а и код нас се користе из истих разлога: у циљу дискреције и поштовања пацијентове личности и његовог права на приватност, с обзиром да се користе свакодневно и више пута у свим околностима, некад и посебним, на јавним местима, у болници на одељењима, на радним местима и у друштву.

Транспарентни силиконски катетери омогућавају визуелизацију дренаже урина. Силиконски катетер обезбеђује побољшану дренажу са луменом који је приближно 30% већи од латексних катетера. У унутрашњој шупљини силиконског уринарног катетера не може се формирати талог, а дренажа је глатка. Из тог разлога силиконски катетер се користи и за дуготрајну, интермитентну катетеризацију болесника који захтевају такав третман, а код којих се очекује пражњење нормалног урина, а не страни садржај у урину. Како би се личност пацијента, ионако примораног на дуготрајну или још теже доживотну катетеризацију мокраћне бешике, заштитила од радозналости и љубопитљивости околине и на тај начин испоштовало право на приватност његове личности и право на болест и инвалидност, а што је одређено и уредбом Светске здравствене организације за дуготрајну, интермитентну уринарну катетеризацију, препоручују се нетраспарентни силиконски катетери, да се споља не би видео садржај катетера (урин), који се код ових болесника празни обично у пелену код деце или директно у wc шољу код одраслих. Зато су постојећом спецификацијом за ову употребу и тражени нетраспарентни, а НЕ транспарентни силиконски уринарни катетери.

За наручиоца је прихватљива понуда у којој је понуђена сонда дужине 70цм у партији бр.29, стим што понуђено добро мора да задовољава остале захтеве из конкурсне документације (да је сонда уретрална Chevassu са металним водичем и конектором ЦХ04-10).

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО  
Комисија за јавну набавку