



ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

Синђелићева 62

Број: ОБВ-01-2840

Датум: 05.04.2018.г.

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/15) достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица упућен електронским путем дана 05.04.2018.г. у вези јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр.05/2018 – Набавка услуге сервиса према указаној потреби ангио салу Аxiom Artis Zee Floor (сер. бр.135999), произвођача Siemens са заменом и уградњом резервних делова и пуштањем у рад апарата у Општој болници Ваљево.

Додатно појашњење и допуна Конкурсне документације се односи на следеће:

Питање бр.1: Молимо Наручиоца за измену конкурсне документације, код захтева за оцив и гаранцију, на начин да гласи да се Додављач обавезује да се ради извршења услуге која је предмет овог уговора, одазове у року од 24 часа од дана пријема захтева Наручиоца укључујући и телефонски оцив (радним даном), као и да предметне услуге, испоруку резервних делова и техничког и потрошног материјала изврши у року од 7 радних дана од дана прихвата понуде или слања наруџбенице.

Одговор: наручилац остаје при наводима садржаним у конкурсној документацији.

Питање бр.2: Молимо Наручиоца да изостави табелу – ценовник сервисних интервенција. Цена сервисне интервенције би се фактурисала по утврђеном ценовнику радног сата сервисера, плус трошкови пута – доласка, а све у складу са понудом и радним налогом сервисера.

Одговор: Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и исти биће обухваћен изменом конкурсне документације.

Питање бр.3: Такође молимо Наручиоца да у моделу уговора, члан 7 рокови плаћања, изостави захтев да плаћање фактура преко 330.000,00 у четири месечне рате, јер Сиенс Хеалтхцаре д.о.о. Београд, као потенцијални Понуђач није у могућности да даје такве услове плаћања.

Одговор: Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и исти биће обухваћен изменом конкурсне документације.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку