



ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

Синђелићева 62

Број: ОБВ-01-5415

Датум: 02.07.2018.г.

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/15) достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованих лица упућених електронским путем дана 29.06.2018.г. у вези јавне набавке бр.15/2018 – Набавка медицинског потрошног материјала за рад Ангио сале.

Додатно појашњење Конкурсне документације односи се на:

Питање бр.1: Као заинтересованом понуђачу молимо да нам појасните следеће: У партији 2. – се траже „gajding kateteri за РТА МРА 6F и 7F 95 cm, Vodic kateter за periferne РТА 6F и 7F konfigurације MP duzine duzine 95 cm“.

Да ли је прихватљива понуда предметних катетера дужине 100цм, што представља стандардну дужину катетера?

Одговор: За наручиоца је понудом прихватљив кататер дужине 100цм, стим што остале карактеристике из техничке спецификације за партију бр.2 морају бити задовољене.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку