



ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-1073
Датум: 17.02.2016.г.

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације

На основу чл.63. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/2015) достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица од 11.02.2016.г. примљен путем електронске поште, а у вези јавне набавке бр.01/2016 – **Набавка материјала за дијализу у складу са прописима којима се уређују стандарди материјала за дијализу (према указаној потреби) у оквир Опште болнице Ваљево, ради закључења уговора.**

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на партију бр.7- техничке спецификације, у конкурсној документацији. Постављено питање гласи::

Питање бр.1 : „Molimo Vas da za partiju 7 u delu konkursne dokumentacije koja se odnosi na tehničke karakteristike dobra definišete predmetno dobro u skladu sa zahtevom iz Centralizovanih javnih nabavki za 2014. i 2015. godinu, koji su raspisivani od strane Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje Srbije, i to tako da je ponuđač u obavezi da ponudi fiziološki rastvor, 0,9%, za pripremu i završetak HD tretmana u kesama od jednog ili dva litra sa luer lock konektorom.“

Одговор: При изради конкурсне документације Наручилац се руководио и Правилником о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“ бр. 88/12, 41/13,36/14, 37/14 и 88/15) па тако и за партију бр.7. Наведеним правилником у Чл.7. тачка В)Материјал неспецифичан за дијализу под редним бројем два стоји:“ Физиолошки раствор, 0,9% NaCl, 1 литар, за припрему изавршетак ХД третмана са инфузионом линијом.“

Према члану 10. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС 68/15) Наручилац припрема конкурсну документацију како би обезбедио што већу конкуренцију, што је и у овом случају за Наручиоца била полазна и темељна основа, а није у супротности са напред наведеним Правилником. Предложена техничка спецификација од стране заинтересованог лица не искључује предметно добро заинтересованог лица јер исти одговара захтеву из техничком спецификације у партији број 7.садржаној у конкурсној документацији.

На основу свега наведеног остајемо при свему из конкурсне документације

