



ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО  
Синђелићева 62  
Број: ОБВ-01-3492  
Датум: 07.06.2016.г.

**ПРЕДМЕТ:** Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/15) достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица упућен електронским путем дана 03.06.2016.г. у вези јавне набавке бр.08/2016 – Набавка медицинског потрошног материјала за Службу клиничко биохемијске лабораторије.

**Додатно појашњење Конкурсне документације** се односи на следеће постављено питање:

**Питање бр.1:** У партији бр 9, ЈН 08/2016- медицински потрошни материјал за Службу клиничко биохемијске лабораторије:

Петри посуда- да ли је потребна стерилна или је прихватљиво понудити Петри посуде израђене у асептичним условима?

Да ли је за посуде за урин стерилне потребно доставити извештај о испитивању стерилности?

**Одговор:** У партији бр 9. Понуђена Петри посуда мора бити стерилна, а уз понуду обавеза понуђача је да доставити и извештај о испитивању стерилности. За понуђене стерилне посуде за урин потребно је у понуди доставити извештај о испитивању стерилности.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО  
Комисија за јавну набавку