



ОПШТА БОЛНИЦА
Свиђелићева 62
Број: ОБВ-01- **6214**
Датум: 07.08.2014.г.

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење Конкурсне документације

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12) достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица од 07.08.2014.г. примљен путем електронске поште, а у вези јавне набавке бр.18/2014 – Набавка, испорука, уградња и пуштање у рад два парна стерилизатора и друге опреме за централну стерилизацију.

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следећа постављена питања:

Питање бр.1: Наиме, Наручилац је као средство обезбеђења за добро извршење посла предвидео достављање:
а)банкарске гаранције или
б)соло менице.

Самим тим што је понуђачима оставио право избора између банкарске гаранције или менице, Наручилац крши члан 61 став 9 Закона о јавним набавкама, који јасно налаже Наручиоцима да у случају спровођења поступка јавне набавке чија је процењена вредност већа од износа из члана 57 Закона о јавним набавкама (5.000.000,00 дин за добра и услуге, 10.000.000,00 за радове), морају захтевати **банкарску гаранцију** као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза уместо да као опцију прихвате и меницу. Апелујемо на Наручиоца, да(уколико је процењена вредност већа од горе поментих износа,а имајући у виду тржишне вредности јавне набавке највероватније да јесте) у складу са Законом о јавним набавкама измени конкурсну документацију и дефинише је у складу са ЗоЈН.

Одговор: Наручилац је Изменом конкурсне документације, објављеном на Порталу јавних набавки 01.08.2014.г. у Прилогу бр.4, тачка 22.2 прецизно навео да се као средство обезбеђења за добро извршење посла доставља банкарска гаранција. Понуђач ће приложити, као део своје понуде, Прилог бр.13-Средство обезбеђења као финансијску гаранцију на износ од 10 % од вредности закљученог уговора без обрачунаог ПДВ-а. Финансијска гаранција ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и издата у форми наведеној у Прилогу бр.13:-
- о банкарске гаранције од стране банке, са роком важности 30 календарских дана после истека гарантног рока;

Питање бр.2: Наручилац у предметној набавци на страни 22 између осталог наводи следеће:

-Обавеза изабраног понуђача је да два постојећа стерилизатора са парогенераторима произвођача Сутјеска и омекиивач воде пажљиво демонтира и одложи на место у кругу болнице које одреди Наручилац.



Овиму путем наглашавамо да Наручилац није навео модел и димензије наведених стерилизатора који су предмет демонтаже што је наручилац био у обавези јер је у противном не могуће дефинисати тачан трошак демонтаже и услове под којима би се извела демонтажа у смислу броја људи који су потребни, евентуална потреба за виљушкарком, такође је неопходна информација о димензији просторије и димензији пролаза (врата) до стерилизатора који су предмет демонтаже јер је могућа потреба за грађевинским радовима (евентуалним рушењем зидова) који као такви морају бити дефинисани посебном јавном набавком јер по ЗоЈН добра, услуге и радови не могу бити део исте јавне набавке. Место које је наручилац наменио за одлагање демонтиране опреме је такође недефинисано (*место у кругу болнице које одреди наручилац*) јер од прецизног дефинисања места за одлагање демонтиране опреме зависи и трошак јер се опет поставља питање колико је удаљена локације где се тренутно налазе Сутјескини стерилизатори од локације коју наручилац наменио за демонтирану опрему, колико је људи потребно за наведену радњу, да ли је потребан виљушкар, да ли је локација на спрату и које су димензије просторије, пролаза (врата) до крајње локације где се поставља питање самог транспортног пута до жељене локације у згради и његове проходности због чега је и неопходно навести у конкурсној документацији димензије и модел Сутјескиних стерилизатора како би се установило да ли опрема може физички да се транспортује до жељене локације без грађевинских радова односно пробијања зидова у згради како би се дошло до жељене локације.

Што се тиче захева за *„пажљивом“ демонтажом*, наручилац опет поставља нејасан захтев је је био у обавези да дефинише јасан начин демонтаже који захтева као и да нагласи на основу којих параметара ће наручилац одредити да ли је испитован захтев за пажљивом демонтажом као и да наведе које лице ће контролисати чин демонтаже и одреди да ли је демонтажа пажљиво извршена и уз то образложити на основу којих параметара је донет суд о извршеном јер у противном се оставља простор субјективном суду на тему квалитета демонтаже.

Одговор: Желимо да наведемо да постојећи стерилизатори 2 (два) комада који су предмет демонтаже појединачког су капацитета шест стандардних стерилизационих јединица, приближних димензија ВxШxД = 2000x1300x1300мм. Потреба за виљушкарком не постоји, нити је могуће кретање виљушкара унутар објекта болнице. Сасвим су довољна хидруличка колица. Омогућавање пролаза за демонтирану опрему, као и за уношење нове опреме обавеза и терет је на Наручиоцу, тако да за Понуђаче не постоји могућа потреба за грађевинским радовима и било којим радовима, јер предмет јавне набавке је набавка, испорука, уградња и пуштање у рад два парна стерилизатора и друге опреме за централну стерилизацију. Локација на коју ће се одложити демонтирана опрема на максималној удаљености је од 300-350м ца од места на којој се налази у тренутку демонтаже. Локација на којој се обавља демонтажа постојеће и уградње нове опреме наведена је у Прилогу бр. 7 (техничка спецификација) у опису. И поред тога поново наводимо да се иста налази у високом приземљу објекта хируршки блок ОБ Ваљево

Под пажљивом демонтажом не сматрамо да треба обратити пажњу на саме постојеће стерилизаторе који се по предметној јавној набавци демонтирају, већ на инсталације на које су они прикључени, као и на другу постојећу опрему која се налази у централној



стерилизацији, као и на унутрашњост објекта кроз који се демонирана опрема износи, односно нова опрема уноси, а све у циљу избегавања додатних трошкова. Наручилац ће одредити лице запослено у Техничкој служби ОБ Ваљево које ће заједно са лицем одређеним за извршење уговора од стране Понуђача, или другим лицем које Понуђач одреди сачинити Записник о стању простора пре отпочињања посла као и по завршетку посла.

Питање бр.3: Наручилац у предметној набавци на страни 24 између осталог наводи следеће:

Предмер

01. Набавка, транспорт, испорука, уградња и пуштање у рад пролазних парних стерилизатора, у свему у складу са горе наведеним описом. Затварање грађевинског отвора који стаје након уградње стерилизатора између чистог и стерилног дела простора панелима од нерђајућег челика АИСИ 304.

Како затварање грађевинског отвора између чистог и стерилног дела панелима од нерђајућег челика АИСИ 304 представља грађевинске радове, опет напомињемо да добра, услуге и радови не могу бити део исте јавне набавке стога молимо да грађевинске радове издвојите у посебну јавну набавку јер у противном се грубо крши ЗЈН. Такође напомињемо да наручилац није дефинисао нестерилну зону (простор за пријем материјал за стерилизацију) зону која представља интегративни део централне стерилизације што цео пројекат чини неизводљивим.

Одговор: Брише се у Прилогу бр.7-Техничка спецификација, Предмер: поз.01 део текста који гласи „ Затварање грађевинског отвора који стаје након уградње стерилизатора између чистог и стерилног дела простора панелима од нерђајућег челика АИСИ 304“ тако да поз.01 после исправке гласи:

Предмер:

01. Набавка, транспорт, испорука, уградња и пуштање у рад пролазних парних стерилизатора, у свему у складу са горе наведеним описом.

Брише се део текста у Предмер: поз.07 који гласи „ .. и панела који одваја стерилни део од чистог ..“ тако да поз.07 после исправке гласи

Предмер:

07. Демонтажа постојећих стерилизатора, парогенератора, омешивача воде са одлагањем на место у кругу болнице који одреди наручилац.



ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку