



ОПШТА БОЛНИЦА
Синђелићева 62
Број: ОБВ-01-6548
Датум: 22.08.2014.г.

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење Конкурсне документације

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12) достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица од 20.08.2014.г. примљен путем електронске поште, а у вези јавне набавке бр.19/2014 – Набавка, испорука, уградња и пуштање у рад медицинске опреме за операциону салу Опште болнице Ваљево.

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на Прилог бр.7- Техничка спецификација за Партију бр.3- Набавка, транспорт, испорука и пуштање у рад апарата за анестезију, ставка 1.23. која гласи:

„Дисајни кружни систем са интегрисаним грејачем затворени кружни систем“

Питање бр.1: Затворени дисајни кружни систем са интегрисаним грејачем као техничка карактеристика фаворизује произвођаче који нуде старија технолошка решења апарата за анестезију а грејач служи да се загреје свеж гас како би се могао помешати са инхалационим анестетиком. Код савремених техничко-технолошких решења испаривач је такође у кружном систему, ради на принципу електроске бризгалька на нижим температурама и није потребан додатни грејач како би се загрејао свеж гас. Из тог разлога Вас молимо да избаците део карактеристике "са интегрисаним грејачем" тако да ставка гласи "Затворени дисајни кружни систем" како би сте омогућили осталим потенцијалним понудаћачима да понуде апарат са савременијим технолошким решењима. Очекујемо позитиван одговор по овом захтеву и спровођење јавне набавке усађено са Законом о јавним набавкама.

Одговор: Прихватамо предлог заинтересованог лица и ставка 1.23. гласи - Затворени кружни систем, а промена ће бити испраћена Изменом конкурсне документације.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Комисија за јавну набавку

