

Општа болница Ваљево  
Синђелићева 62  
Број: ОБВ-01-1232/1  
Датум: 14.02.2019.  
Ваљево

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС"бр.68/2015), Др Зоран Ђурић в.д. директор Опште болнице Ваљево доноси следећу

**О Д Л У К У**  
**о додели уговора**  
**за јавну набавку у отвореном поступку**  
**за партију бр.1, ЈН бр.14/2018**

**БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА** понуда понуђача :

Бр. партије	Бр. Понуде	Најповољнија понуда
1	ОБВ-01-6086	Medi Ray д.о.о. из Београда, ул. Шуматовачка бр.48

по окончању јавне набавке у отвореном поступку за партију бр.1.

**Образложење**

Наручилац је дана 05.06.2018.године донео Одлуку о покретању јавне набавке у отвореном поступку, ЈН бр.14/2018, за јавну набавку медицинског материјала за лапароскопске операције, за потребе Опште болнице Ваљево. За наведену јавну набавку наручилац је објавио 25.06.2018.г. позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу управе за јавне набавке и на интернет адреси наручиоца. До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 6 (шест) понуда.

На основу Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-924/2018 од 25.12.2018. , пристигло 22.01.2019.г. у Општу болницу Ваљево, заводни број ОБВ-01-527, којим се делимично поништава отворени поступак јавне набавке добара- Набавка медицинског материјала за лапароскопске операције, за партију бр.1, ЈН бр.14/2018, и то у делу стручне оцене понуде и доношења Одлуке о додели уговора бр.ОБВ-01-6278/1 од 02.08.2018.г., четворочлана Комисија за јавну набавку наручиоца сачинила је дана 13.02.2019. год. извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр. ОБВ-01-1232 од 13.02.2019. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1) Врста предмета јавне набавке:

Добра	×
-------	---

2) Подаци о јавној набавци

Предмет јавне набавке	Набавка медицинског материјала за лапароскопске операције
Редни број јавне набавке	14/2018
Процењена вредност јавне набавке за партију бр.1 (без ПДВ-а)	1.366.000,00 дин.
Вредност уговора о јавној набавци за партију бр.1 (без ПДВ-а)	1.366.000,00 дин
Вредност уговора о јавној набавци за партију бр.1 (са ПДВ-ом)	1.639.200,00 дин

Партија	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	Вредност процене	Вредност уговора (без ПДВ-а)	Вредност уговор (са ПДВ-ом)
1	Troakar port za jednokratnu upotrebu	1.366.000,00	1.366.000,00	1.639.200,00

**3) Укупан број поднетих понуда: 6**

Назив/име понуђача		Благовремене понуде	Неблаговремене понуде
ОБВ-01-6083	Маклер д.о.о. Београд, Ул. Београдска бр. 39		нема
ОБВ-01-6084	Premium Surgical Company д.о.о. Светозара Марковића бр.1/7, Београд		
ОБВ-01-6085	Неомедика д.о.о. из Београда, ул. Балканска бр.2/1		
ОБВ-01-6086	Medi Ray д.о.о. из Београда, ул. Шуматовачка бр.48		
ОБВ-01-6087	Медалекс д.о.о., Београд, Првомајска 8Н, Земун		
ОБВ-01-6093	Стига д.о.о. из Новог Сада, ул. Болманска бр.8		

**4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:**

Број под којим је понуда завед/ена	Подносилац понуде	Разлози за одбијање понуде
ОБВ-01-6085	Неомедика д.о.о. из Београда, ул. Балканска бр.2/1	За партију бр.1: Понуда понуђача се одбија у складу са чланом 3. Став 1. Тачка 32) и 33) ЗЈН јер је неодговарајућа и неприхватљива за ставку четири у партији један. Анализом приспеле документације као и увидом у каталог произвођача, комисија за Јавну набавку констатовала је да понуђено добро за ставку р.б. 4 (Троакар порт за једнократну употребу без ножа са дилатирајућом канилом промера 15мм) не испуњава захтеве техничке спецификације. Прегледом понуде понуђача „Неомедика“ д.о.о. и утврђивања техничких карактеристика и сагласности понуђеног добра за партију бр.1, позиција бр.4, са захтевима из конкурсне документације, комисија је утврдила да је понуђени производ назива „Kii Optical Access System“, каталожке ознаке COR37, а увидом у каталог произвођача, као доказ на основу којег се вршила оцена, односно, усаглашеност техничких карактеристика са траженом спецификацијом, понуђено је добро које је по својим карактеристикама оптички троакар, без ножа, промера 15мм, и чврстом канилом која нема могућност дилатације, односно ширења. Наручилац је конкурсном документацијом, односно техничком спецификацијом, тражио „Троакар порт за једнократну употребу, без ножа, са дилатирајућом канилом промера 15мм“, коју понуђено добро понуђача „Неомедика“ д.о.о. не испуњава јер не поседује дилатирајућу канилу, већ чврсту. Како појам „дилатирајућа представља особину или способност ширења, развлачења, у овом случају каниле, комисија закључује да понуђени производ понуђача „Неомедика“ д.о.о. не испуњава претходно наведено, јер је канила од чврстог материјала и нема могућност дилатације, односно, ширења, развлачења. Из свега наведеног комисија ову понуду за партију бр. 1 је оценила неодговарајућом., а у складу са техничком спецификацијом утврђеној у Конкурсној документацији.

У Извештају комисије о стручној оцени понуда бр. ОБВ-01-1232 од 13.02.2019. године комисија за јавну набавку одбила је понуду понуђача Неомедика д.о.о. из Београда, ул. Балканска бр.2/1, у складу са чланом 3. Став 1. Тачка 32) и 33) ЗЈН јер је неодговарајућа и неприхватљива за ставку 4 у партији 1. На основу Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (број 4-00-924/2018), заведен у Општој болници Ваљево под бројем ОБВ-01-527 од 22.01.2019.г., којим је делимично поништен отворени поступак јавне набавке добара- Набавка медицинског материјала за



лапароскопске операције, за партије бр.1, ЈН бр.14/2018, комисија за јавне набавке мора да понови фазу стручну оцену понуда за предметну јавну набавку, за партију бр.1.

На основу донетог решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-924/2018 од 25.12.2018., заведеног код Опште болнице Ваљево 22.01.2019., наручилац је поступио у складу са примедбом Републичке комисије и извршио поновну фазу стручне оцене понуда како би утврдио које добро којих карактеристика је у партији бр.1, позиција бр.4, понудио подносилац захтева и усагласеност истих са захтеваним карактеристикама конкурсном документацијом.

На основу анализе достављене понуде/документације понуђача „Неомедика“ д.о.о., стручна комисија доноси закључак да понуђено добро за партију бр.1 позиција бр.4, не испуњава техничку спецификацију, а која је била саставни део конкурсне документације, и која је сачињена у складу са потребама наручиоца. Наручилац је конкурсном документацијом, односно техничком спецификацијом, тражио „Троакар порт за једнократну употребу, без ножа, са дилатирајућом канилом промера 15мм“, коју понуђено добро понуђача „Неомедика“ д.о.о. не испуњава јер не поседује дилатирајућу канилу, већ чврсту (понуђен је производ назива „Kii Optical Access System“, каталоске ознаке COR37).

Прегледом понуде понуђача „Неомедика“ д.о.о. и утврђивања техничких карактеристика и сагласности понуђеног добра за партију бр.1, позиција бр.4, са конкурсном документацијом, односно техничком спецификацијом, наручилац је утврдио да је понуђен производ генеричког назива „Kii Optical Access System“, каталоске ознаке COR37, а увидом у каталог произвођача, као доказ на основу којег се вршила оцена, односно, усагласеност техничких карактеристика са траженом техничком спецификацијом, понуђено је добро које је по својим карактеристикама оптички троакар, без ножа, промера 15мм, и чврстом канилом која нема могућност дилатације, односно ширења.

Како појам „дилатирајућа“ представља особину или способност ширења, развлачења, у овом случају каниле, наручилац долази закључује да понуђени производ понуђача „Неомедика“ д.о.о. не испуњава претходно наведено, јер је канила понуђеног добра од чврстог материјала и нема могућност дилатације, односно, ширења, развлачења.

Одредбама члана 3. став 1. тачка 33 ЗЈН и члана 3. став 1. тачка 32 ЗЈН, као и одредби члана 107. став 1 ЗЈН, наручилац одбија понуду понуђача „Неомедика“ д.о.о., јер иста није одговарајућа, односно, није прихватљива.

Дефинисана техничка спецификација представља објективну потребу наручиоца и описана је према потребама наручиоца у смислу намене и примене.

Прегледом понуде понуђача „Меди реј“ д.о.о., утврђено је да је понуда благовремена, одговарајућа и прихватљива, односно, испуњава захтеве конкурсне документације/техничке спецификације, и не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

- 5) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена:** Оцена и избор најповољније понуде вршиће се по критеријуму најнижа понуђена цена. Применом критеријума Наручилац је дошао до следећег резултата :

партија	МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАПАРОСКОПИЈУ	Маклер д.о.о.	Premium Surgical Cotrapu д.о.о.	Неомедика д.о.о.	Medi Ray д.о.о.	Медалекс д.о.о.	Стига д.о.о.
1	Troakar port za jednokratnu upotrebu			неодговарајућа понуда	1.366.000,00		

- 6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:**

Комисија, после стручне оцене понуда за партију број 1. констатује да је најповољнија понуда Понуђача

Број партије	Заводни број понуде	Назив понуђача	Одбијене понуде
1	ОБВ-01-6086	Medi Ray д.о.о. из Београда, ул. Шуматовачка бр.48	Неомедика д.о.о.

и предлаже наручиоцу његов избор за доделу уговора, а све у складу са Чл. 105. Закона о јавним набавкама.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора.

6) Ова Одлука ступа на снагу наредног дана по њеном доношењу.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Поводом одлуке о додели уговора може се поднети Захтев за заштиту права понуђача у року од 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на порталу јавних набавки (члан 149. Закона о јавним набавкама Сл. Гласник РС 68/2015).

Општа болница Ваљево

Др Зоран Бурић  
в.д. директор



Доставити:

-Правној сл.

-Председнику комисије