



ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

Синђелићева 62

Број: ОБВ-01-9776

Датум: 15.11.2019.г.

**ПРЕДМЕТ:** Појашњење Конкурсне документације на захтев заинтересованог лица

На основу чл.63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/15) достављамо појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица упућен електронским путем дана 15.11.2019.г. у вези јавне набавке бр.30/2019 – Набавка медицинског потрошног материјала од гуме, пластике, рентген филмова, завојног материјала, хемикалија и средстава за дезинфекцију, препарата за ентералну исхрану.

**Додатно појашњење Конкурсне документације** се односи на следећа постављена питања:

**Питање бр.1:** Обраћам Вам се поводом измене спецификације у конкурсној документацији, за ЈН -30/2019. Медицинског потрошног материјала од гуме, пластике, рентген филмова, завојног материјала, хемикалија и средстава за дезинфекцију, препарати за ентералну исхрану, ПАРТИЈА 107..

У партији број 107 је. дошло до неоправдане измене спецификације за производ који је Ваша установа већ користила успешно до сада.

Следи објашњење за разлог стављања првобитне спецификације за партију 107:

Раствор натријум хипохлорита и хипохлорне киселине је дуги низ година познати производ који се може производити и у галенским лабораторијама магистрално. У стручној литератури је описано дејство ових раствора.

Антимикробни ефекат раствора постиже се захваљујући механичком деловању на једноћелијске микроорганизме по принципу осмозе.

Осмоза је кретање воде-растварача кроз полупропустљиву мембрану из области ниже концентрације (нижег осмотског притиска) у област више концентрације(вишег осмотског притиска), да би се концентрације са обе стране мембране изједначиле, услед чега долази до бубрења и пуцања целије једноћелијских микроорганизама, што проузрокује њихово уништавање.

То значи да код раствора ниже концентрације( у овом случају 0.004%) долази до бржег уласка растварача(воде) у ћелију микроорганизма па је и ефикасност ВЕЋА него код раствора веће концентрације, (0.005% и већа). Пошто је раствор концентрације 0.005% концентрованији, разлика у концентрацијама са обе стране мембране микроорганизама, приликом употребе оваквог раствора, је мања што за последицу има успоренији улазак воде у ћелију а самим тим и мању ефикасност раствора чија је концентрација 0.005% или већа.

Осмоларност је обрнуто пропорционална ефикасности, па се разлике у ефикасности још убедљивије виде ако се анализирају вредности осмоларности за оба производа:



Дакле,раствор мање осмоларности има ВЕЋИ ефекат . И у наведеним осмоларностима се може лако закључити да раствор са осмоларношћу 13мОсмол/кг (чија је концентрација 0.004%) у овом случају је више од 2 пута ефикаснији, него раствор где је осмоларност 30.7мОсмол/кг. (чија је концентрација 0.005%)

Начело конкуренције није повређено тиме што се захтева производ одређених карактеристика, јер је потребно/важно да се примењује производ чије коришћење за последицу има вишеструко ефикасније дејство него примена производа другачијих карактеристика,иако се ради о истом саставу.

Дакле,према техничкој спецификацији,ова два производа се не могу упоређивати,односно, производи који су потпуно различите ефикасности , иако су истог састава.

Начело конкуренције међу понуђачима не значи да се сваком од заинтересованих понуђача мора омогућити да учествује у поступку јавне набавке, тако да наручилац и није у обавези да дефинише захтеве које може да задовољи свако заинтересовано правно лице, већ је потребно да захтеви наручиоца буду опредељени онако како би њиховим испуњавањем потребе наручиоца биле најефикасније задовољене.

С обзиром да Ваша установа као реномирана установа пре свега цени квалитет , ефикасност и безбедност,што се доказало дугогодишњим коришћењем производа концентрације 0.004%, сматрамо да ћете поновним разматрањем наведених научних сазнања, увидети да су захтеви за измену спецификације за партију 107,последича паушалних тврдњи заинтересованог понуђача, а без стручног објашњења или доказа за тврдњу изнету у питању и захтеву.

Молимо Вас, због свега горе наведеног да исправите неосновану измену првобитне спецификације за партију бр.107 како се квалитет, ефикасност и безбедност захтеваног производа не снижава неосновано.

**Одговор:** Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО  
Комисија за јавну набавку